

Pytania z dnia 18.10.2016

AD 1. Czy zamawiający dopuszcza wysyłkę kurierską do pozycji nr 1 "UGUL z wyposażeniem" ?

Jeżeli mówimy o sposobie dostawy dopuszczamy możliwość przesyłki kurierskiej, jednak protokół odbioru podpisany będzie dopiero po sprawdzeniu sprzętu

AD 2. Czy zamawiający dopuszcza wysyłkę kurierską do pozycji nr 9 "Stół rehabilitacyjny 2 szt" ?

Jeżeli mówimy o sposobie dostawy dopuszczamy możliwość przesyłki kurierskiej, jednak protokół odbioru podpisany będzie dopiero po sprawdzeniu sprzętu

AD 3. Stoły rehabilitacyjne z pozycji nr 9 mają posiadać regulację elektryczną czy ręczną ?

Dopuszczamy obie obie formy regulacji

Pytania z dnia 21.10.2016

1. Pytanie do pozycji nr 2 (aparat do laseroterapii) Czy zamawiający dopuści aparat jednokanałowy, który współpracuje z sondą punktową podczerwoną o mocy 200mW i ma możliwość współpracy z sondą pryzmicową, którą można zamontować na statywie do stolika, co umożliwi wykonywanie zabiegu bezobsługowo? Co w żadnym stopniu nie wpływa na jakość wykonywanych zabiegów.

Odpowiedź: TAK

2. Pytanie do pozycji nr 7 (Urządzenie do leczenia polem magnetycznym z aplikatorami leżanką, stolikiem pod aplikatory) Czy zamawiający dopuści aparat dwukanałowy do magnetoterapii posiadający aplikatory z technologią FMF – skoncentrowanym polem magnetycznym, które mogą pracować na jednym obszarze (stół, fotel) wspólnie z innymi urządzeniami medycznymi bez wpływu na obsługującego? Aplikatory o wymiarach: fi 30 cm, fi 60 cm i fi 70 cm wraz ze stołem.

Odpowiedź: TAK

3. Pytanie do pozycji nr 8 (Aparat EKG) Czy Zamawiający dopuści aparat, który umożliwia eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat oraz zapis badania do pamięci USB w formacie PDF po uprzednim podłączeniu do programu komputerowego służącego do archiwizacji, przeglądania i analizy zapisów EKG oraz sporządzania raportów?

Odpowiedź: NIE